



杭州市质量技术监督检测院



检 定 证 书

证书编号： 21000360330 号

送 检 单 位	树兰（杭州）医院有限公司
器 具 名 称	电子血压计
准 确 度 等 级	MPE:±0.5kPa(±4mmHg)
型 号 / 规 格	HBP-1300
出 厂 编 号	03049131LF
制 造 单 位	欧姆龙（大连）有限公司
检 定 依 据	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人 邵 磊

核验员 黄 河

检定员 胡 建 光

检定日期 2021 年 11 月 25 日

有效期至 2022 年 11 月 24 日

计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33001号
地 址：杭州市江干区九环路50号 邮 编：310019
网 址：www.hzzjy.net 电 话：0571-85372608



21000360330

证书编号: 21000360330

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2111235969

证书编号: 21000360330

检 定 结 果

1、外观的检查

- ☒符合第6.1.1条技术要求
- ☒符合第6.1.2条技术要求
- ☒符合第6.1.3条技术要求
- ☒符合第6.1.4条技术要求

2、静态压力测量范围* / 合格 / 不合格

3、静态压力示值误差检定结果 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

标准压力值	血压计静态压力示值		静态压力示值误差
	第一次读数	第二次读数	
0	0	0	0
50	50	50	0
100	100	100	0
150	150	150	0
200	200	200	0
250	250	250	0

4、血压示值重复性检定结果(示波法原理血压计检测项目) 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

血压示值重复性		
收缩压	150	0
舒张压	100	0

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检定项目)

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

6、气压系统气密性*

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

注：带*表示首次检定需检项目。

以下空白