



13-3 (耳温仪)

杭州市质量技术监督检测院



检定证书

证书编号: 23000659135 号

送检单位	树兰(杭州)医院有限公司
器具名称	红外耳温计
准确度等级	/
型号/规格	PRO 6000
出厂编号	08621k61648
制造单位	WELCH ALLYN, INC.
检定依据	JJG 1164-2019 《红外耳温计检定规程》
检定结论	合格



批准人 徐慧娟

核验员 吴明龙

检定员 朱林江

检定日期 2023 年 06 月 30 日

有效期至 2024 年 06 月 29 日



计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2023)33001号
地址: 杭州市上城区九环路50号 电话: 0571-85372608
备注:



1, 检定所使用的计量标准装置:

计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
红外耳温计检定装置	(35~42)℃	$U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$	[2021]浙量标杭证字第 010号	2026-01-17

2. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
标准铂电阻温度计 4442	(-189.3442~419.527) ℃	二等	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 2021E11-20-3536990002	2023-10-10

3. 検定地点	本院301室
---------	--------

4. 环境条件	温 度:	24.4	℃	相对湿度:	55	%
	大气压:	/	kPa			

注: 检定结果仅对本次所检计量器具有效, 证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2306269265

证书编号: 23000659135

检 定 结 果

1 实验室误差检定结果

单位: °C

温度	实验室误差1	实验室误差2	实验室误差3	最大允许误差
35.0	-0.09	-0.09	-0.09	±0.2
37.0	-0.10	-0.10	-0.10	
41.5	-0.10	-0.10	-0.10	

2 其他项目检定结果

检定项目	检定结果
外观	符合要求
光学系统	符合要求
工作正常性	符合要求
模式提示功能	符合要求

说明:

- 1 检定时被检耳温计处于“测试模式”。
- 2 每次测量更换新的探头保护罩。

以下空白

