



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：25000966280 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

红外耳温计

准确度等级

/

型号 / 规格

PRO 6000

出厂编号

08621k61648

制造单位

WELCH ALLYN, INC.

检定依据

JJG 1164-2019 《红外耳温计检定规程》

检定结论

合格

批准人

徐慧娟

核验员

徐慧娟

检定员

吴明龙

(检定专用章)

检定日期 2025 年 03 月 13 日

有效期至 2026 年 03 月 12 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608
备注：



25000966280

证书编号: 25000966280

1. 检定所使用的计量标准装置:				
计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
红外耳温计检定装置	(35 ~42) °C	$U=0.03^{\circ}\text{C}, k=2$	[2021]浙量标杭证字第 010号	2026-01-17
2. 检定所使用的主要计量标准器具:				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
标准铂电阻温度计 4442	(-189.3442~419.527) °C	二等	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 2023E11-20-4823015001	2025-10-09
3. 检定地点 本院301室				
4. 环境条件 温度: 23.6 °C 相对湿度: 57 % 大气压: / kPa				

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2503128532

证书编号: 25000966280

检 定 结 果

1.实验室误差检定结果 单位: °C

温度	实验室误差1	实验室误差2	实验室误差3	最大允许误差
35.0	-0.10	-0.10	-0.10	±0.2
37.0	-0.10	-0.10	-0.10	
41.5	-0.20	-0.20	-0.20	

2.其他项目检定结果

检定项目	检定结果
外观	符合要求
光学系统	符合要求
工作正常性	符合要求
模式提示功能	符合要求

说明:

- 1.检定时被检耳温计处于“测试模式”。
- 2.每次测量更换新的探头保护罩。

以下空白