



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：25001016282 号

送检单位	树兰（杭州）医院有限公司
器具名称	电子血压计
准确度等级	/
型号 / 规格	HBP-1300
出厂编号	03062417LF
制造单位	欧姆龙（大连）有限公司
检定依据	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人	邵磊
核验员	张丽梅
检定员	黄河

检定日期	2025 年 07 月 14 日
有效期至	2026 年 07 月 13 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608
备注：



证书编号: 25001016282

1. 检定所使用的计量标准装置:				
计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
无创电子自动血压计检定装置	(0~40) kPa	0.05级	[2012]浙量标杭证字第241号	2028-07-02
2. 检定所使用的主要计量标准器具:				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
无创血压模拟器 5016001	(0~40)kPa	重复性: 不超过0.3 kPa	浙江省质量科学研究院 XZRG-20250650310	2026-06-04
数字压力表 211H20340012	(0~40)kPa	0.05级	杭州市质量计量科学研究院 25001021002	2026-06-18
3. 检定地点 委托单位现场设备科				
4. 环境条件		温 度: 23.0 °C 大气压: / kPa	相对湿度: 55 %	

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2507146952

证书编号: 25001016282

检 定 结 果

1、外观的检查 ☒ 合格

2、静态压力测量范围: ☒ 合格

3、静态压力示值误差检定结果 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

标准压力值	血压计静态压力示值	静态压力示值误差
0	0	0
50	50	0
100	100	0
150	150	0
200	200	0
260	261	1

4、血压示值重复性检定结果(示波法原理血压计检测项目) 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

血压示值重复性		
收缩压	150	0.9
舒张压	100	0.0

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检定项目)

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

6、气压系统气密性*

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

注: 带*表示首次检定需检项目.

以下空白